

<b>CÓDIGO DNES Nº:</b>	<b>BAÑ-13-R01</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>PRIMERA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>BAÑO MARÍA PARA LABORATORIO</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>20 A 22 LITROS</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde:</b> 01/01/2018	<b>Hasta:</b> 31/12/2018
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>		
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>Control / Visualización / Material</b>		
<b>Estructura interna</b>	Acero inoxidable.	
<b>Capacidad</b>	Dentro de rango de 20 a 22 litros.	
<b>Pantalla para visualización de parámetros</b>	Requerido.	
<b>Parámetros de control mínimos</b>	Temperatura.	
<b>Unidad de medición de temperatura</b>	Grados centígrados (° C).	
<b>Temperatura ambiente</b>	Dentro de rango de 5° C a 100° C.	
<b>Alarmas mínimas</b>		
<b>Sistema de seguridad para sobrecalentamiento</b>	Audible o visual.	
<b>Accesorios</b>		
<b>Gradillas</b>	Dos (2) de acero inoxidable para tubos de diferentes capacidades.	
<b>Soporte para tubos de ensayo</b>	Uno (1).	
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>		
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz	
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / IEC 60601	