



MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	BIL-01-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE GENÉRICO:	BILIRRUBINÓMETROS	
TIPO:	PORTÁTIL NEONATAL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control/ Visualización / Monitoreo	
Tipo de Pantalla	LCD TFT o Similar
Periféricos de entrada	Botones de acceso integrados o pantalla táctil
Tipo de Monitoreo	No invasivo
Método de medición de bilirrubina en la sangre	Transcutánea
Unidades de Medida	En mg/dL o $\mu\text{mol/L}$
Rango de medida	$\leq 1 \text{ mg/dL}$ a $\geq 20,0 \text{ mg/dL}$ ($\leq 17 \mu\text{mol/L}$ a $\geq 340 \mu\text{mol/L}$)
Coefficiente de correlación en plasma o suero	$\geq 0,80$
Sistema de exportación de datos	Requerido
Sistema de gestión de datos del paciente	Requerido
Almacenamiento de datos analizados del paciente neonatal	Requerido
Accesorios	
Sonda reusable para medición de bilirrubina	Dos (2)
Paquete de cincuenta puntas o sondas descartables para medición de bilirrubina (aplica en el caso que el equipo no tenga el accesorio reusable)	Uno (1)
Cargador de batería	Uno (1)
Batería recargable	Una (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485