MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA	
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**BOM-04-R06**	
REVISIÓN:	**SEXTA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**BOMBAS DE INFUSIÓN**	
TIPO:	**UN CANAL**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	**VALOR**	
Control / Monitoreo / Visualización		
Canal o vías de infusión	Uno (1)	
Modo de infusión	Volumétrico contínuo	
Mecanismo de bombeo	Peristáltico o sistema alterno	
Pantalla de visualización de parámetros	Requerido	
Seguridad de Aire en la línea	Requerido	
Sistema de protección	Contra libre flujo	
Matenimiento de vena abierta (MVA o KVO/KOR)	≤ 5 ml/h	
Volumen de infusión	≤ 1 a ≥ 9999 ml	
Velocidad de flujo	≤ 1 ml/h a ≥ 999 ml/h	
Presión de oclusión	≤75 Kpa a ≥110 Kpa o su equivalente	
Capacidad de trabajo con diferentes fluidos (soluciones, medicamentos, sangre, alimentación, etc)	Requerido	
Compatibilidad	De líneas para equipos o sets de infusión universal	
	Con equipos de venoclisis de 1200 mm	
Alarmas		
Audibles y visuales	Requerido	
Para oclusión de vía	Requerido	
Aire en la línea	Requerido	
Puerta o clavija abierta	Requerido	
Batería baja	Requerido	
Infusión completa	Requerido	
Silenciador de alarmas	Requerido	
Accesorios		
Batería recargable con autonomía ≥ una (1) hora	Una (1)	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	

Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485