

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>BÁS-02-R02</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEGUNDA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>Básculas, para Pacientes, de Piso</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>Báscula portátil para personas</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>CAPACIDAD</b>	200 kilogramos ( $\pm$ 20kg)
<b>PANTALLA</b>	LCD o TFT para visualización del valor medido
<b>DIMENSIÓN DEL EQUIPO</b>	$\geq 320 \times \geq 60 \times \geq 360$ mm
<b>PRECISIÓN</b>	$\leq 100$ g
<b>NIVELACIÓN</b>	Regulable a través de patas u otro mecanismo
<b>SUPERFICIE DE PLATO</b>	Antideslizante
<b>CALIBRACIÓN / HOMOLOGACIÓN</b>	Clase o tipo III
<b>PESO</b>	$\leq 4,2$ Kg
<b>Funciones</b>	
<b>RETENCIÓN</b>	Para retener momentáneamente los valores medidos (HOLD)
<b>MADRE/HIJO</b>	Que obtenga el peso del paciente pediátrico, descartando el primer peso medido (madre)
<b>Accesorios</b>	
Cargador de baterías	Uno (1) con funcionamiento a 110VAC
Baterías recargables	Las que necesite el equipo

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	Baterías
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601