MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	**DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA**	
CÓDIGO DNES Nº:	**CAB-05-R03**	
REVISIÓN:	**TERCERA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**CAMPANAS DE LABORATORIO FLUJO LAMINAR HORIZONTAL**	
TIPO:	**NUTRICION PARENTERAL Y FARMACIA**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	**VALOR**	
Material		
Diseño exterior cabinete	Acero Inoxidable o laminado o cromado o Epoxi Poliéster o pintura electroestática	
Área de trabajo	Acero Inoxidable	
Filtro	HEPA o ULPA o H14 con eficiencia de 99. 99% partículas ≥ 0.3 um	
Lámpara U.V.	Requerida	
Control		
Iluminación	≥ 500 lux	
Control velocidad de aire	Requerido	
Flujo de aire	0,3 a 0.7 m/sec	
Visualización		
Pantalla	Display o digital o TFT o LED o LCD	
Alarmas		
Visuales y auditivas	Requerido	
Ruido del ventilador	< 65dB	
Accesorios		
Kit lámpara U.V. (repuesto)	Una (1)	
Grifo o espita para gas, o vacío, o nitrógeno	Una (1)	
Unidad de extracción	Una (1) para cabina	
Filtro HEPA o ULP o H 14 (repuesto)	Uno (1), con eficiencia de 99,99%	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001/ IEC 60601	