

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES Nº:</b>	<b>CAJ-03-R04</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>CUARTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>CAJA DE LENTES DE PRUEBA CON MONTURA</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>SOBREMESA</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Cantidad de lentes</b>	
<b>Cantidad de lentes</b>	≥ 200 lentes
<b>Tipos de lentes</b>	
<b>Esféricos</b>	Concavos (negativos) y convexos (positivos) mínimo 32 dioptrías.
<b>Cilíndricos</b>	Concavos (negativos) y convexos (positivos) mínimo 18 dioptrías.
<b>Prismáticos</b>	≥ 9
<b>Rango de Dioptrías</b>	
<b>Esféricos</b>	≥ 0.25D, ≤ 20D
<b>Cilíndricos</b>	≥ 0.25D, ≤ 6D
<b>Accesorios</b>	
<b>Lentes auxiliares</b>	≥ Cuatro (4)
<b>Montura</b>	Una (1) metálica propia del equipo.
	Distancia interpupilar, tabiquería y orejeras ajustables.
<b>Maletín</b>	Uno (1), alta resistencia a golpes, con sección para contener cada lente y la montura, con asa para facilitar su transporte, seguridad por cierre o cerradura.

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica.
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001