

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>CAM-03-R06</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEXTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>CAMA</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>HOSPITALARIA TIPO II</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Estructura</b>	
<b>Material</b>	Acero inoxidable o Acero con acabado electrostático
<b>Medidas referenciales</b>	Longitud: 2200 mm Ancho: 950 mm
<b>Cabecera y piecera</b>	Desmontable sin herramientas
<b>Secciones mínimas</b>	Cuatro (04), Espaldar, asiento, rodillas, pantorillas
<b>Carga máxima</b>	≥ 200 Kg
<b>PortaSueros</b>	≥ 2 orificios, de cuatro (4) ganchos
<b>Movilidad</b>	Cuatro (4)ruedas antiestáticas con bloqueo (frenado) central y/o individual, ≥ 125 mm de diámetro, de doble o simple rodadura con giro de 360°
<b>Barandas antilfluidos</b>	Mínimo 2 en cada lado, en ABS abatibles
<b>Control</b>	
<b>Panel de control</b>	Para paciente y enfermería integrados en mínimo dos (2) barandas
<b>Pulsante de CPR</b>	Eléctrico
<b>Indicador Visual</b>	LCD o LED, que indique estado de movimiento
<b>Luz de noche</b>	Requerido
<b>Balanza Metabólica</b>	Intregada con capacidad ≥ 200 Kg
<b>Movimientos</b>	
<b>Movimientos Articulados mínimos</b>	Eléctricos en espaldar, rodillas, trendelenburg y anti-trendelenburg
<b>Angulo de inclinación</b>	15° ± 3° para trendelenburg y trendelenburg inverso
<b>Angulo de inclinación cabecera-espaldar</b>	De 0° a ≥ 70° con indicador
<b>Angulo de inclinación rodillas</b>	De 0° a ≥ 25°
<b>Ajuste altura</b>	Descenso ≤ 50cm, Ascenso ≥ 70cm (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón)
<b>Seguridad</b>	
<b>Energía auxiliar</b>	Batería con autonomía mínima de 30 minutos para todos los movimientos
<b>Parachoques</b>	PVC en las cuatro esquinas
<b>Soporte para bolsas</b>	Un (1) soporte para drenaje

<b>Colchón</b>	
<b>Componente</b>	Hospitalario reductor de presión, de goma espuma, antiestático y retardante de llama
<b>Forro</b>	De vinil o Nylon impermeable, antibacterial y antihongos, resistente a los desinfectantes.
<b>Dimensiones mínimas</b>	Que cubra el espacio útil de la superficie del paciente con un espesor $\geq 13$ cm
<b>Capacidad de carga</b>	$\geq 200$ Kg
<b>Accesorios</b>	Forro de colchón, lavables e hipoalergénicos
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE /ISO 13485/ ISO9001 / Excepto en el caso de ser fabricación nacional