

DATOS GENERALES	
CÓDIGO DNES N°:	CAM-07-R09
REVISIÓN:	NOVENA
NOMBRE GENÉRICO:	REFRIGERADOR MORGUE
TIPO:	CÁMARA DE CADÁVERES, DOS CUERPOS
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018      Hasta: 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	VALOR
<b>Capacidad</b>	
Capacidad (Número de cuerpos)	Dos (2)
<b>Temperatura</b>	
Rango de temperatura de operación	Dentro del rango de 0°C a 6 °C
<b>Estructura</b>	
Material de construcción de puerta	Acero inoxidable.
Material de construcción de paneles exteriores	Acero inoxidable.
<b>Aislamiento térmico</b>	
Sistema de aislamiento térmico	Requerido.
Material de aislamiento térmico	Espuma de poliuretano, o similar.
Espesor de material de aislamiento térmico	≥100 mm.
<b>Control de temperatura</b>	
Controlador de temperatura	Requerido.
Visualización de temperatura de operación	Requerido.
<b>Sistema de refrigeración</b>	
Unidad condensadora	Requerido.
Gas refrigerante	R 404A.
<b>Interior de cámara</b>	
Estructura interna	Acero inoxidable.
Mecanismo de apertura de puerta desde el interior en caso de emergencia	Requerido.
Iluminación Interior	Requerido.
<b>Accesorios</b>	
Bandejas en acero inoxidable	Dos (2).

<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 - 220 VAC / 60 Hz.
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / Certificación de calidad del equipo

