



DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	CAM-18-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE GENÉRICO:	CAMPANAS PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO	
TIPO:	CÁMARA CONCENTRADORA DE O2 NEONATAL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Material	Domo en acrílico transparente o material sintético termo adaptable
Borde	De silicona o blando Hipoalergénico
Acceso	Lateral y/o superior
Flujo de oxígeno	Uniforme
Válvula de entrada o adaptador	Para humidificador y/o suministro de oxígeno
Orificio para ingreso de sondas o tubos	Requerido
Cantidad de campanas	Tres (3). Tamaños a elección del Establecimiento de Salud

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No aplica.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO