

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>CAM-20-R05</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>QUINTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>PERIMETROS OFTÁLMICOS</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>AUTOMATIZADO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Tipo</b>	Goldman
<b>Generación de estímulos</b>	En espejo o proyección
<b>Rango periférico</b>	$\geq 80^\circ$
<b>Iluminación / intensidad de fondo (abs)</b>	$\geq 31$ abs
<b>Tamaño de estímulo (Goldmann)</b>	I, II, III, IV, V
<b>Duración de estímulo (ms)</b>	$\geq 200$ ms o su equivalente.
<b>Métodos de prueba</b>	Blanco
	Azul
	Rojo
<b>Pantalla</b>	Para visualización de datos
<b>Pruebas mínimas</b>	Glaucoma, enfermedades de retina.
<b>Accesorios</b>	
<b>Mesa</b>	Una (01)
<b>Taburetes</b>	Dos (dos)
<b>Computadora</b>	Una (01) completa compatible
<b>Impresora</b>	Requerido
<b>Sistema de almacenamiento</b>	Requerido
<b>Conexión a red</b>	Requerido
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001