



DATOS GENERALES	
CÓDIGO DNES N°:	CAM-21-R06
REVISIÓN:	SEXTA
NOMBRE:	CAMILLA
TIPO:	PROCEDIMIENTOS
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	VALOR
<b>Estructura / Dimensiones</b>	
Estructura	Acero inoxidable Familia AISI 300 o Acero con acabado electrostático o
Dimensiones referenciales	Ancho: 75 cm ± 10 cm Largo: 200 cm ± 20 cm
Secciones mínimas	Dos (2)
<b>Control / Movimiento</b>	
Movimientos mínimos	Espaldar, Trendelenburg, Trendelenburg inverso y piernas
Ángulo de inclinación de Espaldar	0 a 70° ± 10°
Ángulo de inclinación de piernas	0 a 25° ± 10°
Ángulo de trendelenburg y trendelenburg inverso	0 a 15° ± 10°
Ajuste de altura ascenso	≥ 85 cm.
Ajuste de altura descenso	≤ 60 cm.
Barandas abatibles	≥ Dos (2)
Control de movimiento	Sistema hidráulico o eléctrico, accionada por pedal
Ruedas	Cuatro (4), de doble o simple rodadura Antiestático
<b>Seguridad</b>	
Sistema de frenado	Centralizado (Bloqueo en las cuatro ruedas). Activado por pedal
Carga de trabajo segura	≥ 200 Kg
Asas	≥ Dos (2)
<b>Colchoneta</b>	
Colchoneta	Goma espuma, antiestático, ignífuga.
Espesor mínimo de colchoneta	≥ 8cm
Tipo de colchoneta	Reductora de presión
Forro de la colchoneta	Tapizado en vinil o material antibacteriano impermeable, resistente a: desinfectantes de grado hospitalario y abrasión.
Cierre forro de colchoneta	Oculto
<b>Accesorios</b>	
Soporte para bolsas	Un (1) soporte orina y fluidos
Porta sueros	Un (1) soporte desmontable
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA y/o CE, y/o ISO, excepto las de fabricación nacional.