



DATOS GENERALES

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO DNES N°: | CAM-36-R02 | |
| REVISIÓN: | SEGUNDA | |
| NOMBRE: | CAMA | |
| TIPO: | TRAUMATOLOGÍA | |
| PERIODO DE VIGENCIA: | Desde: 01/01/2018 | Hasta: 31/12/2018 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ATRIBUTO | VALOR |
|----------------------------------|--|
| Estructura / Dimensiones | |
| Material | Acero inoxidable o acero resistente con acabado electrostático |
| Dimensiones | Largo: 210cm ±20cm |
| | Ancho: 93cm ±3cm |
| | Alto: ajustable, desde 50cm ±5cm hasta 73cm ±3cm |
| Cuadro Balcánico | Acero inoxidable o acero resistente con acabado electrostático |
| Cabeceras | ABS o plástico de alto impacto |
| Control / Movimiento | |
| Secciones | ≥ Cuatro (4) |
| Ajuste del soporte para espaldar | 0° a 80° ±5° |
| Ajuste del soporte para piernas | 0° a 40° ±5° |
| Barandas abatibles | ≥ Dos (2) |
| Ruedas | ≥ Cuatro(4) de doble o simple rodadura |
| | Antiestático |
| Seguridad | |
| Sistema de frenado | Centralizado (Bloqueo en las cuatro ruedas). Activado por pedal |
| Capacidad de carga | ≥ 200 Kg |
| Colchón | |
| Dimensiones Colchón | Que cubra la estructura de soporte |
| Características del colchón | Impermeable, antiestático, ignífugo. |
| Accesorios | |
| Triángulo Balkan | Uno (1) |
| Amarras | Según requerimiento del Establecimiento de Salud |
| Cadenas | Según requerimiento del Establecimiento de Salud |
| Poleas | Según requerimiento del Establecimiento de Salud |
| Soporte para bolsas de infusión | Uno (1) |

OTRAS ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------------|--|
| Energía / Alimentación | No aplica |
| Garantía técnica fabricante | Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo. |
| Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO / Excepto en el caso de ser fabricación nacional. |