

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CAV-01-R02
REVISIÓN:	SEGUNDA
NOMBRE GENÉRICO:	ESCARIFICADOR DENTAL ULTRASÓNICO
TIPO:	LIMPIADOR ULTRASÓNICO (CAVITRÓN)
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Operación	
Modo de operación	Operación sin sistema de agua, o con depósito de agua.
Frecuencia de operación	
Frecuencia	≥ 28.000 Hz.
Pieza de mano	
Desmontable y esterilizable	Requerido.
Accionamiento por medio de pedal	Requerido.
Accesorios	
Pieza de mano desmontable	Uno (1).
Unidad para periodoncia P1	Uno (1).
Unidad para periodoncia P2	Uno (1).
Unidad para periodoncia P3	Uno (1).
Unidad para periodoncia P4	Uno (1).
Unidad para escarificación G1	Uno (1).
Unidad para escarificación G2	Uno (1).
Unidad para escarificación G3	Uno (1).
Unidad para escarificación G4	Uno (1).
Botella reservorio de agua, en caso de que el equipo lo requiera	Dos (2).
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001