

## DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES	
CÓDIGO DNES Nº:	CEN-05-R09
REVISIÓN:	NOVENA
NOMBRE GENÉRICO:	CENTRÍFUGAS DE MESA, BAJA VELOCIDAD
TIPO:	SEDIMENTACIÓN, BAJA PRODUCCIÓN
PERIODO DE VIGENCIA:	<b>Desde:</b> 01/01/2018 <b>Hasta:</b> 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	VALOR
Control	
Capacidad de tubos	10 ml y 15 ml
Sistema de control	Programable tiempo y velocidad
Velocidad	≤ 7.000 rpm o su equivalente
RCF	≤ 5.000
Temporizador	≥ 0 a ≤ 99 minutos, marcha permanente o posición sostenida
Rotor	
Número de tubos	≤16
Diseño	Permita acople de diferentes tipos de adaptadores o rotores
Tipo	Ángulo fijo o cubo pivotante (basculante) o tubo vertical
Adaptadores o rotores	Para tubos de 10 ml y 15 ml o rotores independientes para tubos de 10 ml y 15ml
Visualización	
Parámetros	Tiempo y velocidad
Seguridad	
Indicadores mínimos	Audibles o visuales o de fin de ciclo
Bloqueo de tapa	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / IEC 61010