

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CEN-10-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE GENÉRICO:	CENTRÍFUGA DE MESA DE ALTA VELOCIDAD	
TIPO:	PARA HEMATOCRITO MEDIA PRODUCCIÓN	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control	
Capacidad de tubos	≤ 24 tubos 2ml
Sistema de control	programable tiempo y velocidad
Velocidad Máx	≤ 13000 rpm
RCF Máx	≤ 19.000
Temporizador	≥ 0 a ≤ 99 minutos y marcha permanente
Nivel de ruido	≤ 60 dB
Visualización	
Pantalla para visualización de parámetros	Digital, LED, LCD para Tiempo / Velocidad
Material	
Estructura	Acero Inoxidable o Pintura electrostática o Equivalente
Seguridad	
Bloqueo de tapa	Requerido
Accesorios	
Rotor de hematocrito	Para tubos heparinizados de 24 posiciones
Rotor de disco	Para análisis cuantitativo de 20 posiciones
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 - 220 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001/ IEC 61010