

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>CEN-15-R01</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>PRIMERA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>CENTRÍFUGAS, DE MESA</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>PARA CITOGENÉTICA</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Capacidad</b>	
<b>Capacidad de tubos</b>	15ml
<b>Sistema de control</b>	Programable tiempo y velocidad
<b>Velocidad</b>	≥ 4000 rpm
<b>RCF</b>	≤ 5500
<b>Temporizador</b>	≤ 99 min, marcha permanente o posición sostenida
<b>Rotor</b>	
<b>Número de tubos</b>	≥ 24 Tubos
<b>Diseño</b>	Permita acople de diferentes tipos de adaptadores o rotores
<b>Tipo</b>	Ángulo fijo o cubo pivotante (basculante) o tubo vertical
<b>Visualización</b>	
<b>Parámetros</b>	Tiempo y velocidad
<b>Seguridad</b>	
<b>Indicadores mínimos</b>	Audibles y/o visuales
<b>Bloqueo de tapa</b>	Requerido
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC-60 HZ
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001/ IEC 61010