

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>COC-11-R06</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEXTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>COCHE</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>PARO COMPLETO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Material</b>	
<b>Estructura</b>	En plancha de acero con acabado en pintura electrostática o polimero de alta densidad
<b>Paneles exteriores</b>	En plástico ABS de alta densidad
<b>Cajones</b>	≥ 5 para almacenamiento de material y medicamentos
<b>Bandeja para desfibrilador</b>	Requerido
<b>Soporte lateral</b>	Para contenedor de residuos
<b>Carga mínima</b>	≥ 45 Kg
<b>Movilidad</b>	Cuatro (04) ruedas en nylon de alto impacto
<b>Accesorios</b>	
<b>Resucitador manual</b>	Adulto con mascarilla N°5 y reservorio de O <sub>2</sub> Pediátrico con mascarilla N°3
<b>Tabla de paro</b>	Para masaje cardiaco
<b>Portasuero</b>	Metálico con dos ganchos
<b>Frasco 1 Litro</b>	Frasco recolector de líquidos aspirados
<b>Contenedor</b>	Para residuos (amarillo) de 1 Litro
<b>Carpeta</b>	Para documentación paciente
<b>Etiquetas</b>	Kits de etiquetas adhesivas para cajones Cinco (05) brida-precinto con etiqueta para cajonera
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO9001 / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.