

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	COL-05-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE GENÉRICO:	COLPOSCOPIO	
TIPO:	CERVICO UTERINO CON SISTEMA DE VIDEO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización	
Visualización	Mediante cámara de video.
Iluminación	LED (Luz Fría).
Ampliaciones	Que al menos cubra el rango de 4X a 20X.
Enfoque fino	Dispondrá de este parámetro.
Filtro	Verde.
Lentes de objetivo	Dentro del rango de 200 a 300mm.
Accesorios	
Sistema de montaje	Uno (1) móvil, propio del equipo, con sistema de frenado y soporte para todos los accesorios solicitados, que permita alturas variables
Pantalla de visualización	Una (1) de grado médico compatible con el equipo de mínimo 14 pulgadas
Cobertor del equipo	Uno (1) propio del equipo
Fuente de luz	Una (1) LED (luz fría) compatible con el equipo
Cable de fibra óptica	Uno (1) para conexión entre el equipo y la fuente de luz
Ordenador	Uno (1) para almacenamiento con software para captura y análisis de resultados
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE