MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	**DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO** **FICHA TÉCNICA**	
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**COL-08-R04**	
REVISIÓN:	**CUARTA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**SISTEMA DE GASES MEDICINALES / VACÍO**	
TIPO:	**COLUMNA DE TECHO PARA ANESTESIA Y CIRUGÍA**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	**VALOR**	
Control/ Visualización / Material		
Estructura	Metálica, fijada a techo	
	Modular	
	Articulada	
	Con sistema de elevación	
Componentes integrados	≥ Dos (2) articulaciones móviles	
	≥ Dos (2) brazos de ≥ 600 mm cada uno	
	≥ Dos (2) paneles, con tomas eléctricas, gases medicinales y datos	
	Sistema de rieles con soporte para monitor y bandejas	
	Compartimento o sistema de almacenamiento de cables	
Tomas eléctricas	≥ Seis (6) tomas eléctricas convencionales grado médico	
	≥ Seis (6) tomas equipotenciales	
Tomas de datos	≥ Dos (2) tomas de red	
Tomas mínimas para gases medicinales	O2, Vacío, NO_2, SEGA (Nema 5-15R-HG)	
Capacidad de carga mínima	≥ 120 Kg	
Sistema de frenos para control de movimientos	Requerido	
Ángulo de rotación de articulaciones y brazos	≥ 300°	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485	