

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CON-09-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO	
TIPO:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO MURAL CON LUZ LED	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Oftalmoscopio	
Cabezal	Compatible con los mangos
Fuente de luz	LED o xenón
Aperturas	≥ 5 aperturas
Filtros	≥ 3 filtros (a elección del Establecimiento de Salud)
Voltaje	3.5 V
Dioptrías	Dentro del rango de: -20 a +20
Lentes	≥ 19 combinaciones
Otoscopio	
Cabezal	Compatible con los mangos
Luz	LED
Transmisión	Fibra óptica
Capacidad para pruebas neumáticas	Requerido
Aumento	≥ 3X
Voltaje	3.5 V
Mango	
Diseño	Antideslizante (con acabado rugoso o estriado) de preferencia ergonómico
Cable	≥2 metros de largo
Control	Intensidad de luminosidad
Funciones	
Eficiencia energética o ahorro de consumo energético	Requerido
Accesorios	
Espéculos para otoscopio	Veinte (20), tamaño a elección del Establecimiento de Salud
Transformador de pared	Un (1)
Oftalmoscopio	Un (1)
Otoscopio	Un (1)
Cable de poder para el transformador	Un (1)
Mangos	Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601