

DATOS GENERALES

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| CÓDIGO DNES N°: | CON-18-R05 | |
| REVISIÓN: | QUINTA | |
| NOMBRE GENÉRICO: | CONGELADOR LABORATORIO | |
| TIPO: | BAJA TEMPERATURA, -30°C a -5°C, 90 - 140 LITROS | |
| PERIODO DE VIGENCIA: | Desde: 01/01/2018 | Hasta: 31/12/2018 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ATRIBUTO | VALOR |
|--|---|
| Tipología | |
| Tipo de congelador | Baja temperatura. |
| Capacidad de cámara | Entre 90 litros hasta 140 litros. |
| Estructura | |
| Tipo de material interno | Acero o acero inoxidable. |
| Tipo de material externo | Acero o acero inoxidable. |
| Temperatura | |
| Rango Temperatura | Dentro del rango de -30°C a -5°C. |
| Visualización de parámetros | |
| Pantalla de visualización de temperatura | Requerido. |
| Alarmas | |
| Alarmas de fallo y mal funcionamiento | Requerido. |
| Accesorios | |
| Número mínimo Bandejas en acero inoxidable | Dos(2). |
| Regulador o estabilizador de Voltaje para el equipo | Uno (1). |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |
| Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz. |
| Garantía técnica fabricante | Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo. |
| Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 |