

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CON-19-R03	
REVISIÓN:	TERCERA	
NOMBRE GENÉRICO:	ANALIZADORES, LABORATORIO, DE HEMATOLOGÍA, CONTEO CELULAR, SEMIAUTOMATIZADOS	
TIPO:	BAJA PRODUCCIÓN	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Capacidad / Visualización / Control	
Pantalla de visualización de parámetros y resultados	Requerido, \geq de 7 pulgadas.
Capacidad de procesamiento	\geq 60 hemogramas completos por hora
Parámetros	\geq 20 parámetros: incluyendo 3 diferenciales/partes de WBC.
Método de detección	Por una de las siguientes: a) Impedancia eléctrica, b) Radio frecuencia, c) Citometría de flujo, d) Fluorescencia, citometría con laser, e) Flujo hidrodinámico f) Colorimetría, g) Fotometría.
Tiempo de procesamiento	Procesamiento y lectura de resultados: \leq 60 segundos
Almacenamiento de resultados	\geq 1.000 resultados.
Puertos de comunicación	Requerido.
Impresora interna o externa	Requerido.
Software en español	Requerido.
Volumen de muestra	
Sangre total	\geq 50 μ l.
Prediluida	\geq 25 μ l.
Accesorios	
Rollos de papel	Dos (2), para impresora.
Sondas	Set de \geq tres (3) sondas de reemplazo.
Consumibles	
Kit de reactivos	Dos (2) kits. De tres botellas (limpiador, diluyente y lisante) por kit en presentación mínima de 500ml, incluyendo calibradores para puesta en marcha del equipo.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC/ 60 HZ
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001