

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>CON-29-R01</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>PRIMERA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>CONGELADOR LABORATORIO</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>BAJA TEMPERATURA, -30°C a -10°C, 190 - 220 LITROS</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Tipología</b>	
<b>Tipo de congelador</b>	Baja temperatura.
<b>Capacidad de cámara</b>	Entre 190 litros hasta 220 litros.
<b>Estructura</b>	
<b>Tipo de material interno</b>	Acero inoxidable.
<b>Tipo de material externo</b>	Acero o acero inoxidable o acero con recubrimiento con epoxi
<b>Temperatura</b>	
<b>Rango Temperatura</b>	Dentro del rango de -30°C a -10°C.
<b>Visualización de parámetros</b>	
<b>Pantalla de visualización de temperatura</b>	Requerido.
<b>Alarmas</b>	
<b>Alarmas de fallo y mal funcionamiento</b>	Requerido.
<b>Accesorios</b>	
<b>Bandejas o racks</b>	Las que necesite el congelador.
<b>Regulador o estabilizador de voltaje para el equipo</b>	Uno (1).
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz.
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001