

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CPA-01-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	RESPIRADOR, SUMINISTRADOR DE AIRE	
TIPO:	CPAP NASAL PARA NEONATOS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Flujo	Que al menos cubra el rango de 0 a 10 l/min
Concentración de oxígeno	Que al menos cubra el rango de 21 a 100%
Pantalla	Para visualizar los parámetros medidos
Alarmas	
Presión	Alta y baja
Concentración de oxígeno	Alta y baja
Silenciador de alarmas	Dispondrá de este parámetro
Accesorios	
Mangueras de conexión	Una (1) para oxígeno y Una (1) para aire medicinal, con conectores definidos por el Establecimiento de Salud
Coche de transporte	Uno (1) propio del equipo, dispondrá de ruedas, mínimo dos de ellas con frenos
Cobertor del equipo	Uno (1) propio del equipo
Cable de conexión eléctrica	Uno (1) propio del equipo.
Batería	Una (1) propia del equipo, incluye cargador
Humidificador	Uno (1) completo, compatible con el equipo
Brazo articulado	Uno (1) para soporte del circuito de paciente
Circuito neonatal	Dos (2) completos reutilizables
Mascarilla neonatal	Cuatro (4) de diferentes tamaños con sistema de fijación
Sensores de O₂	Dos (2) compatibles con el equipo

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE