MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**CRA-01-R05**	
REVISIÓN:	**QUINTA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**CRANEÓTOMOS, ELÉCTRICOS**	
TIPO:	**ADULTO Y PEDIÁTRICO**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	**VALOR**
Control / Visualización / Material	
Sistema de irrigación	Mediante bomba
Velocidad del motor	≥ 30.000 rpm
Control	Mediante consola o pieza de mano
Accesorios	
Coche de transporte	Uno (1) propio del equipo con ruedas y sistema de frenado
Cobertor del equipo	Uno (1) propio del equipo
Pedal de control	Uno (1) propio del equipo
Pieza de mano recta	Una (1) propia del equipo
Pieza de mano curva	Una (1) propia del equipo
Set de irrigación	Cinco (5) sets completos compatibles con el sistema
Perforador	Uno (1) compatible con el equipo
Contenedor para esterilizador	Uno (1) propio del equipo
Fresas	Seis (6) de diferentes tipos y tamaños, compatibles con el equipo, con protección duramadre, a elección del Establecimiento de Salud
Brocas estándar	Un (1) juego compatibles con el equipo, esterilizables
Brocas diamantadas	Un (1) juego compatibles con el equipo, esterilizables

OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE