



DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CRI-02-R03
REVISIÓN:	TERCERA
NOMBRE GENÉRICO:	CRIOSTATO
TIPO:	AUTOMÁTICO
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control	
Parámetros de control	≥ 2 Funciones: Temperatura y corte
Cámara de congelamiento	
Con iluminación	Requerido
Rango de temperatura de cámara	Límite superior: 5°C o superior. Límite inferior: -40°C
Temperatura de congelamiento de la muestra	≤ 40 °C
Descongelamiento de cámara	Requerido
Micrótopo	
Micrótopo Rotatorio integrado	Requerido
Rango de espesor de corte:	Mínimo de 1 a 50 µm y mínimo con pasos de 1, 5 y 10 µm
Rango de espesor de desbaste:	Dentro del rango de 1 a 200 µm y mínimo tres valores de pasos diferentes.
Sistema de limpieza:	Mediante Lámpara UV (Luz Ultravioleta)
Manibela /Volante.	Requerido.
Sistemas de Seguridad	Requerido.
Accesorios	
Cepillo de limpieza.	Uno (1).
Portacuchillas ajustable	Uno (1) para diferentes cuchillas.
Portamuestras	Sies (6).
Placa de vidrio	Una (1).
Cuchillas	Una (1) caja de cuchillas de 50 unidades (de perfil que requiera el Establecimiento de Salud).
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC/ 60 HZ
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001