

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	DEN-02-R03	
REVISIÓN:	TERCERA	
NOMBRE GENÉRICO:	DENSITÓMETROS, HUESOS, POR RAYOS X	
TIPO:	CUERPO COMPLETO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Tipo	Cuerpo entero
Aplicaciones Clínicas	
Columna AP	Requerido
Columna Lateral	Requerido
Antebrazo	Requerido
Cadera	Requerido
Todo el cuerpo	Requerido
Área activa de escaneo	
Area, (largo x ancho) cm	> 190 x 60 cm
Tiempo de escaneo en segundos	
Columna AP	≤ 30 (preferido)
Columna Lateral	≤ 180 (preferido)
Antebrazo	≤ 30 (preferido)
Cadera	≤ 30 (preferido)
Todo el cuerpo	≤ 300 (preferido)
Análisis de datos y reporte	
Automático	Requerido
BMD (Densidad mineral ósea)	Requerido
BMC (Contenido mineral óseo)	Requerido
Área	Requerido
T-score	Requerido
Z-score	Requerido
Correcciones de datos y aseguramiento de la calidad	
Automático	Requerido
Sistema de integración	
DICOM	Dicom Send Dicom Print Dicom Storage Dicom Query / Retrieve Dicom WorkList
Procesamiento de imagen	
Sistema Informático	Computador (PC)
Tamaño del disco duro de almacenamiento digital	≥ 160 GB
Sistema operativo	Windows
Monitor	≥ 17 pulgadas
Mesa de escáner	
Límite de peso del paciente, kg (lb)	≥ 150 Kg
Accesorios	
Impresora	Una (1) impresora para computador (PC) blanco y negro (B &W) ó color
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	220 VAC / 60 Hz.
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485