

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	DES-05-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO	
TIPO:	DEA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Pantalla	LED o TFT o LCD
Funcionamiento	Desfibrilador Automático Externo (AED ó DEA)
Instrucciones	De voz y texto
Tiempo de carga	≤ 13 segundos
Tipo de onda	Bifásica
ECG	Adquisición de ECG a través de electrodos de descarga
Autotest	Requerido
Frecuencia de autodiagnóstico	Mínimo cada 7 días/ una semana
Rango de energía	Para uso en adultos: ≥ 200 J
Desfibrilación pediátrica	Requerido
Duración de batería	≥ 150 descargas
Memoria	Requerido
Alarmas	
Al momento de la desfibrilación	Opcional
Accesorios	
Cable de poder	Uno (1)
Baterías	Cantidad necesaria para el equipo
Electrodos	Un (1) juego para adulto, un (1) juego para uso pediátrico
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601