

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	DES-06-R07	
REVISIÓN:	SÉPTIMA	
NOMBRE GENÉRICO:	DESFIBRILADOR	
TIPO:	BIFÁSICO CON MONITOR	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Auotest/prueba/chequeo	Requerido
Paciente	Adultos y pediátricos
Tiempo de carga	≤ 10 segundos a máxima energía
Tipo de onda	Bifásica
Rango de energía	≥ 10 niveles de energía seleccionables
Energía máxima	360J
Modos	Cardioversión, desfibrilación, marcapasos y semiautomático (DEA)
Control de inicio de descarga	Desde paletas, y desde panel del equipo.
Desfibrilación con	Con electrodos de adherencia descartables (manos libres) y paletas
Pantalla	
Pantalla	A color, mínimo 5", TFT o LED
Visualización	Despligue de ondas y de valores numéricos
Idioma	Selección español
ECG	
Derivaciones	Mínimo 6 seleccionables
Adquisición	A través de cable de ECG y de paletas de desfibrilación o electrodos descartables
Marcapasos	
Tipo	Transcutáneo o no invasivo
Margen de frecuencias	Requerido
Corriente de estimulación	Requerido
Funcionamiento	En modo fijo y a demanda
SPO2	Requerido
Varios	
Impresora	Térmica integrada al equipo
Almacenamiento de datos	Requerido
Batería	
Tipo	Recargable, integrada al equipo
Vida útil	≥ 22 disparos a 200J
Indicador de carga	En cualquier parte visible del equipo
Alarmas	Audibles y visuales
Accesorios	
Cables troncales ECG (número de leads a elección del Establecimiento de Salud	Dos (2), no genéricos

Electrodos descartables para marcapasos externo y para desfibrilación a manos libres	Doce (12) pares, no genéricos, para pacientes adultos
Electrodos descartables para marcapasos externo y para desfibrilación a manos libres	Doce (12), no genéricos, para pacientes pediátricos
Electrodos de ECG reusables para piel	Doce (12) pares, no genéricos, tipo a elección del Establecimiento de Salud
Gel electro conductor	Dos (2) frascos
Papel termo sensible para impresión	Dos (2) rollos
Cable de alimentación con toma a tierra	Uno (1)
Paletas externas para uso adulto, deslizables o montables entre ellas, desarmables para uso en pacientes pediátricos.	Un (1) juego
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / JIS