

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	DES-08-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE GENÉRICO:	BAÑOS, DE MARÍA, PARA DESCONGELACIÓN DE PLASMA	
TIPO:	BAJA CAPACIDAD, BANCO DE SANGRE	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control/Visualización	
Pantalla para visualización de parámetros	LCD o LED o TFT o táctil o similar.
Parámetros programables mínimos	Tiempo de descongelamiento y temperatura.
Temperatura	Que al menos cubra el rango de 0°C a 37°C
Indicador de temperatura	Requerido.
Estructura	
Material gabinete	Acero inoxidable o acero inoxidable AISI 304 o acero inoxidable AISI 316.
Capacidad	
Número de bolsas	Cuatro (4).
Sistemas de Seguridad	
Alarmas	Audibles o visuales o fin de ciclo.
Accesorios	
Bolsas envolventes	≥ 12, en el caso de requerir el equipo para su funcionamiento.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / IEC 61010