



MINISTERIO  
DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO  
FICHA TÉCNICA

**DATOS GENERALES**

CÓDIGO DNES N°:	DET-01-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE GENÉRICO:	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	
TIPO:	POR ULTRASONIDO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Pantalla	LCD, TFT o LED
Detección	Frecuencia cardíaca fetal
<b>Transductor</b>	
Frecuencia	2Mhz (opcionales 3 Mhz/ 4 Mhz/ 5 Mhz/ 8 Mhz a elección del Establecimiento de Salud)
Intensidad	≤ 5mW /cm <sup>2</sup>
Resolución	≤ 1 bpm
<b>Funciones</b>	
Apagado	Automático (después de tiempo de espera sin señal)
<b>Accesorios</b>	
Bolso de transporte	Un (1)
Baterías recarables	Las que requiera el equipo
Cargador de baterías	Un (1)
Frasco de gel conductivo	Un (1)
Cinturón para transductor	Un (1)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601