

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	ECG-01-R09	
REVISIÓN:	NOVENA	
NOMBRE GENÉRICO:	ELECTROCARDIÓGRAFO	
TIPO:	12 DERIVACIONES	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Derivaciones	Equipo de ECG para doce (12) derivaciones
Pantalla	TFT o LED o LCD, Color
Canales	3/6/12
Protecciones	Contra desfibriladores
Detector de marcapasos	Requerido
Registro	En panel digital y de forma impresa
Idioma	De interface en español.
Impresora	Térmica, interna
Software	De PC-ECG para cálculo de parámetros e interpretación
Frecuencia de respuesta	Dentro del rango de: 0,3 - 150 Hz
Filtro línea base	60HZ
Filtro pasa bajo	Requerido
Filtro pasa alto	Requerido
Filtro muscular	Requerido
Corriente de fuga	<10µA
Impresora	
Ajuste de velocidad	Mínimo de 5, 25 y 50 mm/s
Sensibilidad/Ganancia	Mínimo de 5, 10, 20 mm/Mv
Rechazo en modo común (CMRR)	≥ 100dB
Almacenamiento	Memoria interna o externa
Alarma	Detección de desconexión de cable
Accesorios	
Carro con ruedas diseñado para transporte del ecg.	Un (1)
Electrodos reusables adulto/pediátrico para cada derivación (tipo a elección del Establecimiento de Salud)	Cincuenta (50)
Cable de alimentación	Un (1)
Cable de tierra	Un (1)
Cable de comunicación con PC	Un (1)
Frasco de mínimo de 1 L de gel conductor	Un (1)
Batería recargable	Las que necesite el equipo
Rollo o resma de Papel de impresión (térmico si aplica)	Un (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601