

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	EQU-02-R06	
<b>REVISIÓN:</b>	SEXTA	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	RESUCITADOR	
<b>TIPO:</b>	EQUIPO DE REANIMACIÓN MANUAL ADULTO NEONATAL	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Tipo de paciente</b>	Neonatal
<b>Material de la bolsa</b>	Silicona
<b>Capacidad máxima de la bolsa</b>	≤ 320 ml
<b>Tipo de desinfección</b>	Autoclave o esterilizador
<b>Accesorios</b>	
<b>Bolsa de reservorio</b>	Una (1) para oxígeno, de mínimo 320 ml
<b>Mascarilla neonatal N°0</b>	Una (1) reutilizable
<b>Mascarilla neonatal N°1</b>	Una (1) reutilizable
<b>Válvula PEEP</b>	Cuatro (4)
<b>Válvula liberadora de presión</b>	Cuatro (4)
<b>Tubo Guedell N°0</b>	Uno (1)
<b>Tubo Guedell N°1</b>	Uno (1)
<b>Estuche de transporte</b>	Uno (1) propio del equipo

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE