

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>EQU-05-R07</b>
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SÉPTIMA</b>
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>EQUIPO DE ELECTROTERAPIA</b>
<b>TIPO:</b>	<b>PORTÁTIL</b>
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018      Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Visualización</b>	Requerido
<b>Frecuencias</b>	Media y baja
<b>Tipos de corriente</b>	≥ Ocho (8)
<b>Canales</b>	≥ Dos (02)
<b>Programación</b>	Independiente para cada canal
<b>Memoria</b>	Requerido
<b>Programas preestablecidos</b>	Requerido
<b>Programas manuales</b>	Requerido
<b>Accesorios</b>	
<b>Banda de sujeción de cortas</b>	Dos (2)
<b>Banda de sujeción de largas</b>	Dos (2)
<b>Electrodos de goma</b>	Diez (10)
<b>Espojas para electrodos</b>	Dos (2)
<b>Cable de paciente</b>	Uno (1) por cada canal
<b>Cable de alimentación</b>	Requerido

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001