

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	EQU-24-R03	
REVISIÓN:	TERCERA	
NOMBRE GENÉRICO:	UNIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL	
TIPO:	PORTÁTIL (INCLUYE SILLÓN PARA PACIENTE Y TABURETE)	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Sillón	
Tipo de sillón	Plegable y desmontable.
Estructura	Aluminio anodizado o estructura de acero con pintura electrostática.
Regulación de altura	Requerido.
Peso a soportar	≥ 110 Kg.
Reposa cabeza	Incluido.
Recubrimiento de sillón impermeable y lavable	Requerido.
Tanque de agua	
Capacidad	≥ 1 litro.
Tipo de material	Acero inoxidable.
Válvula de seguridad	Requerido.
Escupidera	
Tipo de material	Acero inoxidable.
Esterilizable en líquidos o autoclaves	Requerido.
Desagüe	Requerido.
Lámpara	
Tipo de lámpara	LED o Halógena.
Tipo de forma	Cuello de ganso.
Bandeja de instrumental	
Tipo de material de bandeja	Acero inoxidable.
Módulo portátil para piezas de mano	
Conexiones para piezas de mano de alta y baja velocidad	Requerido.
Conexiones para jeringa triple	Requerido.
Manómetro	Requerido.
Pedal de accionamiento eléctrico	Uno (1).
Tipo de módulo	Tipo maletín.
Lámpara de fotocurado	
Tipo de lámpara	LED.
Funcionamiento a baterías recargables	Requerido.
Intensidad lumínica	≥ 500mw/cm ² .

Conducto de luz autoclavable	Requerido.
Tiempo de polimerización seleccionable	Requerido.
Protector ambar del haz de luz para el usuario	Requerido.
Voltaje de alimentación	110 VAC / 60 Hz.
Compresor	
Tipo de funcionamiento	Semi - Silencioso, con bajo nivel de vibración.
Potencia	≥ 3/4 HP.
Funcionamiento sin aceite	Requerido.
Sistema de purgado y válvula de seguridad	Requerido.
Accesorios	
Micromotor con pieza recta y contrángulo	Uno (1).
Turbina con set de fresas	Uno (1).
Limpiador de ultrasonido	Uno (1).
Jeringa triple	Uno (1).
Taburete para el especialista	Uno (1).
Maleta o estructura con ruedas para el transporte de todo el equipo	Uno (1).
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001