

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	EQU-28-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	LÁSERES, DE DIODO, PARA TERMOTERAPIA INTERSTICIAL	
TIPO:	EQUIPO DE LÁSER TERAPIA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Canal / puerto de entrada	Mínimo uno (1)
Tiempo de trabajo regulable	Requerido
Visualización de parámetros	Requerido
Modo de operación continuo	Requerido
Modo de operación pulsátil	Requerido
Frecuencias regulables	Requerido
Módulo de acupuntura o puntos gatillo	Requerido
Adaptable a varios aplicadores	Requerido
Accesorios	
Gafas de protección	Dos (2)
Diodo láser de alta potencia	Mínimo uno (1), la longitud de onda a elección del Establecimiento de Salud.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001