

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>EQU-29-R05</b>
<b>REVISIÓN:</b>	<b>QUINTA</b>
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>LÁSERES, DE DIODO, PARA TERMOTERAPIA INTERSTICIAL</b>
<b>TIPO:</b>	<b>EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA</b>
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>   <b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Visualización</b>	Requerido
<b>Teclado</b>	Requerido
<b>Frecuencia regulable</b>	Requerido
<b>Protocolos programables</b>	Requerido
<b>Protocolos predefinidos</b>	Requerido
<b>Tiempo de tratamiento regulable</b>	Requerido
<b>Canales de salida</b>	≥ Dos (2)

**Accesorios**

<b>Solenoides tipo disco plano</b>	Dos (2)- diámetro a elección del Establecimiento de Salud
<b>Anillo de comprobación</b>	Requerido
<b>Cable de conexión</b>	Requerido
<b>Camilla para terapia de magnetoterapia</b>	Requerido

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001