

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	EQU-37-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE GENÉRICO:	SISTEMAS DE TERAPIA POR MICROONDAS	
TIPO:	EQUIPO DE ONDA CORTA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Rangos de potencia	En modo pulsado: ≥ 400 W, o su equivalencia. En modo continuo: ≥ 200 W, o su equivalencia.
Potencia variable en modo pulsado	Requerido
Potencia variable en modo continuo	Requerido
Tiempo de tratamiento regulable	Requerido
Canales de conexión	Requerido
Pulso Variable	Requerido
Frecuencia Variable	Requerido
Visualización de parámetros	Requerido
Protocolos Programables	Requerido
Protocolos Predefinidos	Requerido
Brazos articulados	Requerido
Rodable	Requerido
Accesorios	
Cables de conexión de electrodos	Dos (2)
Electrodos capacitivos	Dos (2)
Tubo indicador de descarga	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001