

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>ESF-02-R07</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEPTIMA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>ESFIGMOMANÓMETROS, ANEROIDES</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>RODABLE</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Tipo</b>	Tensiómetro de pedestal
<b>Sistema</b>	Aneroide
<b>Rodable</b>	Requerido
<b>Ruedas</b>	≥ 5
<b>Escala</b>	0 a 300mm Hg
<b>Graduación</b>	2mmHg y 10 mmHg
<b>Tolerancia</b>	± 3mmHg
<b>Sin Mercurio</b>	Requerido
<b>Pera</b>	Con válvula de purga de presión
<b>Brazaletes</b>	
<b>Desinfectable</b>	Requerido
<b>Sistema de fijación</b>	Velcro
<b>Sin latex</b>	Requerido
<b>Reusable</b>	Requerido
<b>Accesorios</b>	
<b>Manguito</b>	Uno (1)
<b>Manguera</b>	Las necesarias para el funcionamiento
<b>Brazaletes adulto</b>	Uno (1)
<b>Brazaletes pediátrico</b>	Uno (1)
<b>Canasta</b>	Una (1) en el pedestal
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601