

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	ESP-04-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE GENÉRICO:	ESPIRÓMETRO	
TIPO:	PULSIOXIMETRÍA INCORPORADA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Flujo	Que al menos cubra el rango de 0.5 a 16 l/s
Temperatura de trabajo	Que al menos cubra el rango de 10 a 40 °C
Pruebas mínimas	FVC, VC y MVV
Sensor de flujo	Mediante turbina
Módulo de SpO2	Dispondrá de este parámetro
Pantalla	Para visualizar los parámetros medidos
Accesorios	
Software para conexión con PC	Uno (1) con licencia en caso de requerir
Impresora	Una (1) propia del equipo
Papel para impresora	Tres (3) rollos o paquetes
Maletín de transporte	Uno (1) propio del equipo
Turbinas	Dos (2) reusables
Adaptador pediátrico	Dos (2) reusables
Batería	Una (1) propia del equipo, incluye cargador
Calibrador	Uno (1) propio del equipo
Boquillas desechables	Cien (100) tamaño adulto y Treinta (30) tamaño pediátrico
Filtro Antibacterial	Cincuenta (50)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE