

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	EST-11-R09	
REVISIÓN:	NOVENA	
NOMBRE GENÉRICO:	UNIDAD ESTERILIZADORA DE VAPOR DE AGUA	
TIPO:	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA CON GENERADOR DE VAPOR, 250 A 350 litros	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Esterilizador	
Modo de esterilización	Esterilizador a vapor con generador
Tipo de alimentación	Generador de vapor incorporado
Cámara	
Tipo de material	Acero inoxidable
Volumen de cámara	Dentro del rango de 250 a 350 Litros
Sistema de vacío	Requerido
Puertas	
Número de puertas	Dos (2)
Tipo de material	Acero inoxidable
Sistema de seguridad de apertura de puerta	Bloqueo de apertura de puerta cuando el equipo se encuentre en funcionamiento.
Sistema de seguridad de puerta abierta	Bloqueo de funcionamiento del equipo, ante puerta abierta
Visualización de operación	
Pantalla de visualización de parámetros	Requerido
Parámetros mínimos de visualización	Temperatura, presión y tiempo de operación
Idioma de interfaz de pantalla	Español o Ingles
Programas de esterilización	
Número de programas pre-seleccionables	≥3
Número de programas de producción	≥ 4
Número de programas de test	≥2
Prueba de vacío	Requerido
Prueba de Bowie & Dick	Requerido

Alarmas	
Alarmas de mal funcionamiento	Requerido
Accesorios	
Impresora de registro del ciclo de operación	Uno (1)
Plataforma de carga	Uno (1)
Canasta para zona de carga	Uno (1)
Canasta para zona de descarga	Uno (1)
Un Compresor de aire insonorizado libre de aceite, en caso que el equipo lo necesitara para su correcto funcionamiento.	Uno (1)
Sistema de descalcificación o ablandador de agua	Uno (1)
Sistema de tratamiento de agua adicional al descalcificador para mejorar el proceso de ablandamiento	Uno (1)
Incubadora para testigos biológicos	Uno (1)
Conjunto de montantes y dinteles	Uno (1)
Plafón / puerta acceso mantenimiento	Uno (1)
Coches de carga, de altura exacta para acople de carga.	Dos (2)
Consumibles	
Unidades de indicadores químicos	Trescientos (100)
Unidades de indicadores biológico	Cincuenta (50)
Unidades de rollos de cinta para impresora	Cuatro (4)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	220 VAC / 60 Hz (Trifásico)
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001