

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA	
DATOS GENERALES			
CÓDIGO DNES N°:	EST-19-R04		
REVISIÓN:	CUARTA		
NOMBRE GENÉRICO:	INCUBADORAS, DE LABORATORIO, AERÓBICAS, DIÓXIDO DE CARBONO		
TIPO:	BAJA PRODUCCIÓN		
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ATRIBUTO	VALOR		
Capacidad/Materiales/Visualización			
Capacidad	≥ 150 litros		
Material de fabricación de cámara	Acero inoxidable		
Pantalla para visualización de parámetros	Requerido.		
Puertas			
Puerta exterior	Aislada		
Puerta interior	Vidrio o cristal.		
Control / Parámetros /Interfaz			
Medición de CO₂	Mediante sensor infrarrojo		
Rango de temperatura	Dentro del rango de 0 a 50°C		
Rango de CO₂	Dentro del rango de 0 a 20%.		
Control de Humedad	Requerido.		
Interfaz de comunicación	Requerido.		
Sistema de seguridad			
Alarmas acústicas y/o visibles	Fallo de temperatura y de CO ₂		
Accesorios			
Bandejas o rejillas	Dos (2) unidades fabricadas en acero inoxidable.		
Plato de agua	Una (1) unidad fabricada en acero inoxidable		
OTRAS ESPECIFICACIONES			
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz		
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.		
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001		