

DATOS GENERALES

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO DNES N°: | EST-20-R04 | |
| REVISIÓN: | CUARTA | |
| NOMBRE GENÉRICO: | INCUBADORAS, DE LABORATORIO | |
| TIPO: | 250 A 300 LITROS | |
| PERIODO DE VIGENCIA: | Desde: 01/01/2018 | Hasta: 31/12/2018 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ATRIBUTO | VALOR |
|--|--|
| Control / Visualización / Material | |
| Material de fabricación de la cámara | Acero Inoxidable |
| Puertas y/ó cámara con aislamiento térmico | Requerido. |
| Sensor de temperatura | ≥ 1 |
| Pantalla para visualización de temperatura y tiempos. | Requerido. |
| Rango de Temperatura regulable | Dentro de rango de 1°C a 300°C. |
| Interfaz | Requerido. |
| Capacidad | Dentro de rango de 250 litros a 300 litros. |
| Impresora integrada o externa | Requerido. |
| Circulación de aire | Requerido. |
| Alarmas acústicas y/o visibles | |
| Exceso o disminución de temperatura a lo regulado | Requerido. |
| Accesorios | |
| Bandejas o rejillas | Dos (2) unidades fabricadas en acero inoxidable. |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |
| Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz |
| Garantía técnica fabricante | Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo. |
| Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 |