

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>EST-25-R05</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>QUINTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>UNIDAD ESTERILIZADORA</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>ESTERILIZADOR DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, DOBLE PUERTA, 100 a 200 LITROS</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>Esterilizador</b>		
<b>Modo de esterilización</b>	Mediante plasma de peróxido de hidrógeno.	
<b>Programa de baja temperatura</b>	≤ 56 °C.	
<b>Cámara</b>		
<b>Tipo de material</b>	Acero Inoxidable o aluminio.	
<b>Volumen de cámara</b>	Dentro del rango de 100 a 200 litros.	
<b>Puertas</b>		
<b>Número de puertas</b>	Dos (2).	
<b>Bloqueo de apertura de puerta, cuando el equipo esta en funcionamiento</b>	Requerido.	
<b>Vizualización de operación</b>		
<b>Pantalla de visualización de parámetros</b>	Requerido.	
<b>Parámetros mínimos de visualización</b>	Temperatura y presión.	
<b>Visualización del desarrollo del ciclo de operación</b>	Requerido.	
<b>Idioma de interfaz de pantalla</b>	Español o inglés.	
<b>Alarmas</b>		
<b>Alarmas de mal funcionamiento</b>	Requerido.	
<b>Almacenamiento de registro de alarmas en memoria interna</b>	Requerido.	
<b>Programas de esterilización</b>		
<b>Número de programas o ciclos pre-seleccionables</b>	≥3.	
<b>Accesorios</b>		
<b>Impresora para registros del ciclo de operación</b>	Uno (1).	

<b>Incubadora para testigos biológicos</b>	Uno (1).
<b>Bandejas para instrumental</b>	Dos (2).
<b>Consumibles</b>	
<b>Unidades de indicadores químicos</b>	Trescientos (300).
<b>Unidades de indicadores biológicos</b>	Cincuenta (50).
<b>Unidades de Botellas de agente esterilizador</b>	Tres (3).
<b>Unidades de rollos de cinta para impresora</b>	Cuatro (4).
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	220 VAC / 60 Hz (Monofásico o trifásico).
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001