

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES Nº:</b>	<b>FAC-03-R02</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEGUNDA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>SISTEMAS DE VITRECTOMÍA/EXTRACCIÓN DE CATARATAS, POR FACOEMULSIFICACIÓN</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>PEDESTAL</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Procedimientos mínimos</b>	Vitrectomía anterior, posterior, extracción de cataratas
<b>Procedimientos combinados</b>	Faco-vitreo
<b>Monitor</b>	Para visualización de parámetros
<b>Sistema de iluminación</b>	LED
<b>Módulos</b>	Aire, extracción, inyección
<b>Pedal</b>	Inalámbrico
<b>Carro de transporte</b>	Carro o pedestal
<b>Velocidad de corte de vitrector</b>	Velocidad de corte, dentro del rango de 10 a 4000 cortes/ minuto para sistema neumático
<b>Vacío</b>	Dentro del rango de 0 a 350 mmHG
<b>Accesorios</b>	
<b>Set para catarata</b>	Mínimo diecisiete (17) piezas
<b>Set para vitrectomía</b>	Mínimo veinte (20) piezas
<b>Caja esterilización</b>	Mínimo dos (2)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001