

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES Nº:</b>	<b>FLU-02-R09</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>NOVENA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>FLUJÓMETRO</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>OXÍGENO PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde:</b> 01/01/2018	<b>Hasta:</b> 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Tipo de gas</b>	Oxígeno
<b>Flujo de trabajo</b>	Que al menos cubra el rango de 0 a 15 l/min
<b>Regulador de flujo</b>	Mediante perilla
<b>Accesorios</b>	
<b>Adaptador</b>	Uno (1) definido por el Establecimiento de Salud
<b>Humidificador</b>	Uno (1) esterilizable, tipo burbuja con difusor
<b>Circuito paciente adulto</b>	Diez (10) descartables
<b>Circuito paciente pediátrico</b>	Diez (10) descartables

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE