

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>FON-01-R09</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>NOVENA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>FONENDOSCOPIO</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>ADULTO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Olivas</b>	De silicón o superior
<b>Tubos auditivos</b>	Acero inoxidable o titanio
<b>Tubo flexible</b>	Sin latex, en forma de Y
<b>Membrana</b>	
<b>Diámetro</b>	Entre 32mm y 48mm
<b>Forma</b>	Circular
<b>Frecuencia</b>	Entre 100 a 500 Hz
<b>Anillo</b>	Con protección para el frío
<b>Diafragma</b>	Ultrasensible
<b>Manguera y Olivas</b>	
<b>Longitud</b>	≥ 50cm
<b>Accesorios</b>	
<b>Olivas de repuesto</b>	Cuatro (4)
<b>Membrana de repuesto</b>	Una (1)
<b>Estuche o caja para guardar el fondendocopio</b>	Uno (1)

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601