

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>HEM-01-R07</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SÉPTIMA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>ANALIZADORES, LABORATORIO, DE HEMATOLOGÍA, HEMOGLOBINA</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>PORTÁTIL</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Pantalla para visualización de valores medidos</b>	Requerido.
<b>Parámetro medido</b>	Hemoglobina (Cuantitativo)
<b>Tipo de Muestra</b>	De Sangre capilar, venosa o arterial
<b>Volumen de muestra</b>	≤ 20 µl
<b>Precalibración y control de calidad</b>	Requerido.
<b>Rango de Medición</b>	Dentro del rango de 0 g/dl hasta 30 g/dl o su equivalente
<b>Memoria de almacenamiento</b>	≥ 200 Resultados
<b>Tiempo de procesamiento de resultados</b>	≤ 60 segundos
<b>Accesorios</b>	
<b>Adaptador a la red eléctrica.</b>	Uno (1) a 110 VAC para recargar baterías.
<b>Estuche para el equipo</b>	Uno (1) para transporte.
<b>Consumibles</b>	
<b>Reactivos y/o Lancetas y/o Cubetas y/o Capilares y/o Tirilla</b>	O cualquier insumo que se necesite para poner en marcha el equipo.
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	Batería/s recargable/s
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001