

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>HEM-04-R05</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>QUINTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>REFRIGERADOR BANCO DE SANGRE</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>100 a 200 BOLSAS</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>Capacidad</b>		
<b>Capacidad de cámara</b>	Entre 300 a 380 litros	
<b>Capacidad de almacenamiento de bolsas de sangre</b>	Entre 100 a 200 bolsas de sangre	
<b>Estructura</b>		
<b>Tipo de material interno</b>	Acero inoxidable	
<b>Puerta</b>		
<b>Tipo de material de puerta</b>	Acero aislado con doble o triple cristal	
<b>Cerradura en puerta</b>	Requerido	
<b>Temperatura</b>		
<b>Rango de Temperatura</b>	≤ 10 °C	
<b>Uniformidad de Temperatura</b>	Escala positiva: Desde 0°C hasta + 1°C	
	Escala negativa: Desde 0°C hasta -1°C .	
<b>Visualización de parámetros</b>		
<b>Pantalla de visualización de temperatura</b>	Requerido	
<b>Registrador gráfico de temperatura, con batería de respaldo</b>	Requerido	
<b>Alarmas</b>		
<b>Alarmas de fallo y mal funcionamiento</b>	Requerido	
<b>Alarma de puerta abierta</b>	Requerido	
<b>Accesorios</b>		
<b>Número mínimo Bandejas en acero inoxidable</b>	Cuatro (4)	
<b>Regulador o estabilizador de Voltaje para el equipo</b>	Uno (1)	
<b>Unidades de papel para registrador gráfico de temperatura</b>	Cien (100)	

<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110-220 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001

