

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>HOL-01-R05</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>QUINTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>REGISTRADOR, ALMACENAJE ELECTRÓNICO, DATOS, ELECTROCARDIOGRAFÍA</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>GRABADORA HOLTER</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Peso</b>	50g, ±5g
<b>ECG</b>	≥ 2 canales
<b>Memoria</b>	≥ 32mb o expandible
<b>Grabación</b>	24 / 48 horas
<b>Software</b>	Para interpretación de estudio, y análisis de datos
<b>Frecuencia de muestreo</b>	≥ 200 muestras por segundo
<b>Resolución</b>	≥ 12 bits
<b>Detección de marcapasos</b>	Requerido
<b>Análisis</b>	Segmentos, arritmias, frecuencia cardíaca, ondas
<b>Alarmas</b>	
<b>Audibles y visuales</b>	Requerido
<b>Accesorios</b>	
<b>Baterías recargables</b>	Las que necesite el equipo
<b>Cargador de baterías (compatible con las del equipo)</b>	Uno (1)
<b>Electrodos</b>	Cincuenta (50)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601